

คุณลักษณะเฉพาะ เลนส์แก้วตาเทียมพับได้

หน่วยนับ ชิ้น

๑.คุณลักษณะเฉพาะ




๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- ๑.๑.๑ เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบ Single-Piece ที่ใช้ใสในถุงหุ้มเลนส์ เพื่อปรับค่าสายตาของผู้ป่วยที่ เป็นผู้ใหญ่หลังการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก
- ๑.๑.๒ ผลิตจากวัสดุชนิด Hydrophilic Acrylic copolymer ที่มีสาร UV blocker
- ๑.๑.๓ Optic มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๖.๐ มม. เป็นแบบ Biconvex, Aspheric ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์(optic) และเป็น spherical aberration free (Uniform-power center to edge)
- ๑.๑.๔ ขอบด้านหลังของ optic เป็นแบบ ๓๖๐° Posterior square -edge optic
- ๑.๑.๕ Haptics เป็นแบบ ๔ ขา และแต่ละขามีรูในลักษณะวงรี
- ๑.๑.๖ มีค่าRefractive Index ที่ ๒๐° C เท่ากับ ๑.๔๕๘
- ๑.๑.๗ มีค่าสายตาตั้งแต่+๑๐ ถึง +๓๐ Diopters (D)
- ๑.๑.๘ A – Constant ระหว่าง ๑๑๘.๐- ๑๑๘.๕
- ๑.๑.๙ สามารถใช้กับตัวฉีดเลนส์ขนาดปลาย ๒.๒ มม.ได้
- ๑.๑.๑๐ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยหรือมากกว่า

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการผ่าตัดใส่แทนเลนส์แก้วตาเดิม

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑..........๒..........๓..........


๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทฯ แสดงชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๓.๒ บรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีข้อความระบุว่าทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว


๓.๓ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปีในวันส่งของ

๔. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวรัญญา การะนุด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวสุนทรี นามวิจิตร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวนันทพลอย คงชม)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

คุณลักษณะเฉพาะสารชนิดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก

SODIUM HYALURONATE INJECTION

ชื่อยา ๑.๖% Sodium Hyaluronate Injection
ขนาดบรรจุ ไม่ต่ำกว่า ๐.๘ ml. ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ บรรจุในกระบอกฉีดยาชนิดแก้วแบบใช้แล้ว
ทิ้ง พร้อมเข็มปราศจากเชื้อ
วิธีใช้ สำหรับฉีดเข้า Anterior Chamber

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ใน ๑ มล. มีโซเดียมไฮยาลูโรเนต ๑๖ มก.
๒. มีฉลากระบุชื่อวันผลิตหรือวันหมดอายุไว้ , เลขที่ผลิต , วิธีใช้ , ขนาด ,
ชัดเจนปรากฏบนภาชนะบรรจุ
๓. วันหมดอายุของสินค้าที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นน้ำยาโซเดียม ไฮยาลูโรเนตที่ปราศจากเชื้อและสารก่อไข่ (ไพโรเจน) ๑๖ มก/มล มีลักษณะเป็น
ของเหลวใส ปราศจากสี
๒. มีความหนืด (absolute viscosity) ระหว่าง ๕๓,๘๐๐-๖๓,๙๐๐ mPa.s
๓. น้ำหนักโมเลกุลมากกว่า ๑ ล้านดาลตัน
๔. มีค่าออสโมลาริตี ระหว่าง ๓๐๖ - ๓๗๔ มิลลิออสโมลส์
๕. มีปริมาณโซเดียม คลอไรด์ ระหว่าง ๘.๕๕-๙.๔๕ มก/ มล
๖. มีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ระหว่าง ๖.๘ - ๗.๖
๗. Sterility, USP : Sterile
๘. Endotoxin <= ๐.๒๕๐ Eu/mL
๙. ผลิตจากชั้นหนังแท้ของ Rooster Comb

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีใบขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
๒. ได้รับการรับรองจาก อ.ย.จากประเทศผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาววรัญญา การะนุด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวสุนทรี นามวิจิตร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางสาวนันทพลอย คงชม)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

คุณลักษณะเฉพาะคาสเซตสำหรับผ่าตัดตาต่อกระจก

๑. เป็นชุด cassette สำหรับเก็บเศษเลนส์และน้ำทิ้งจากการผ่าตัดต่อกระจก
๒. ในชุดประกอบด้วย
 - A. ชุด ตลับพลาสติกพร้อมสายต่อ/A set ๑ ชุด
 - B. Irrigation sleeveผลิตจาก silicone สำหรับแผลผ่าตัดขนาด ๒.๗๕- ๓.๐๐ mm. ๑ ชิ้น
 - C. Test chamber ผลิตจาก silicone ๑ ชิ้น
 - D. ที่ขันเข็มแบบสแตนเลส อีกด้านเป็นพลาสติกสำหรับเก็บเข็ม ๑ ชิ้น
๓. สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับใช้กับเครื่อง Stellarisของบริษัท ที่โรงพยาบาลบางบัวทองใช้อยู่โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหายไม่ไช่ของเลียนแบบ
๕. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๖. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววิญญา การะนุนต์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุนทรี นามวิจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสวานับพลอย คงชม)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ประกาศ จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดนนทบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิทยา วิริยะมนต์ชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดนนทบุรี (M๖๘๐๗๐๐๑๔๐๑๓) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๘๐๗๐๐๑๔๐๑๓	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดตา ต่อกระจก จำนวน ๓ รายการ	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๘