

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าซื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ (Combine Ultrasound & ES)
จำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เครื่องอัลตราซาวด์ (Combine Ultrasound & ES) จำนวน ๙ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ในวงเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาดทั่วไป ดังนี้

๕.๑ บริษัท มารีนไลฟ์ เซอร์วิส จำกัด

๕.๒ บริษัท เอสอาร์ เรฟไวลูชั่น จำกัด

๕.๓ บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลยีส์ จำกัด

๖. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนนทบุรี

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางวรรษยา ธีระฉัตรวัฒน์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวรรษยา อยู่สุข	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกมลพรรณ เอี่ยมชีรางกูร	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ

นางวรรษยา ธีระฉัตรวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

- ๓.๑.๖ บริเวณหัวอัลตราซาวด์ จะมีสัญญาณไฟ (LED signalization) แสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง หรือเมื่อหัวอัลตราซาวด์สัมผัสบริเวณที่รักษาน้อยจะมีสัญญาณเตือนปรากฏขึ้น ที่หัวอัลตราซาวด์
- ๓.๑.๗ สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
- ๓.๑.๘ สามารถตั้งอุ่นหัวอัลตราซาวด์ได้ (Applicator Preheating) สำหรับหัวขนาด ๕ cm²
- ๓.๑.๙ พื้นที่ผิวที่มีการปล่อยคลื่นของหัวอัลตราซาวด์ (Effetive Radiation Area : ERA) ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเซนติเมตร
- ๓.๑.๑๐ มีโปรแกรมสำเร็จรูปในการรักษา
- ๓.๒ การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า
- ๓.๒.๑ สามารถเลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่ารูปแบบ ดังนี้
- ๓.๒.๑.๑ Galvanic
 - ๓.๒.๑.๒ Diadynamic current
 - ๓.๒.๑.๓ Trabert
 - ๓.๒.๑.๔ Faradic current
 - ๓.๒.๑.๕ Rectangular pulse
 - ๓.๒.๑.๖ Stimulation pulses
 - ๓.๒.๑.๗ Trapezoid pulses
 - ๓.๒.๑.๘ Triangular pulses
 - ๓.๒.๑.๙ TENS
 - ๓.๒.๑.๑๐ Sequence
 - ๓.๒.๑.๑๑ ๒-pole interference
 - ๓.๒.๑.๑๒ ๔-pole interference
 - ๓.๒.๑.๑๓ Leduc current
 - ๓.๒.๑.๑๔ Spastic stimulation – Hufschmidt
 - ๓.๒.๑.๑๕ HVT
 - ๓.๒.๑.๑๖ VMS current
 - ๓.๒.๑.๑๗ Kotz current
- ๓.๒.๒ สามารถปรับการใช้งานระหว่าง constant current (cc) และ constant voltage (cv) ได้
- ๓.๒.๓ สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ นาที

/๓.๒.๔ มีโปรแกรม...

มีชัย ใจดี

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

- ๓.๒.๔ มีโปรแกรมสำเร็จรูป(Therapeutic Protocol)
- ๓.๒.๕ มีโปรแกรมสำเร็จรูปแยกตามส่วนต่างๆของร่างกาย (Therapeutic Protocols by the body Region)
- ๓.๒.๖ มีโปรแกรม Electrodiagnostic สำหรับหาค่า motor point detection , accommodation coefficient และ I/t curve
- ๓.๓ การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า สามารถทำร่วมกันกับกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย ๗ กระแส ดังนี้
 - ๓.๓.๑ Diadynamic current
 - ๓.๓.๒ H-wave
 - ๓.๓.๓ High Voltage therapy
 - ๓.๓.๔ Interference ๒ pole
 - ๓.๓.๕ Leduc current
 - ๓.๓.๖ TENS
 - ๓.๓.๗ VMS

๔. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- | | | |
|---|---|---------|
| ๔.๑ หัวอัลตราซาวด์ ขนาด ๕ ตร.ซม. | ๑ | หัว |
| ๔.๒ Rubber electrodes (๗ x ๕ cm.) | ๔ | ชิ้น |
| ๔.๓ Sponge covers | ๔ | ชิ้น |
| ๔.๔ Electrode connection cable | ๒ | ชุด |
| ๔.๕ Fixation straps | ๒ | ม้วน |
| ๔.๖ เจลอัลตราซาวด์ ขนาด ๕ ลิตร | ๑ | ถัง |
| ๔.๗ รถเข็นสำหรับวางเครื่อง | ๑ | คัน |
| ๔.๘ Point electrode | ๒ | อัน |
| ๔.๙ อุปกรณ์สำรองไฟ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
พร้อมช่องเสียบสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ | ๑ | เครื่อง |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบสินค้า พร้อมบริการอะไหล่และค่าบริการโดยไม่คิดมูลค่า

อริษา ธีรศักดิ์ธรรมณ์

.....ประธานกรรมการ

กรนิภา อดิษฐ์

.....กรรมการ

/๕.๓ มีการฝึก...



.....กรรมการ

๕.๓ มีการฝึกอบรมหรือสาธิตการใช้เครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

๕.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๕.๕ ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบำรุงรักษาเครื่อง และ Calibrate เพื่อให้เครื่องอยู่ในมาตรฐานเป็นจำนวน ๒ ครั้งต่อปี ในตลอดระยะเวลารับประกัน ๒ ปี

๖ คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๖.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๖.๑๒ ผู้ยื่น ...

ฉันทนา ชิงสุตวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

กรวิพลา ๐๘๗๖

กรรมการ



กรรมการ

๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๖.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๖.๑๔ ผู้ขายต้องวางหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบ

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขาย เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. วงเงินงบประมาณ

เครื่องอัลตราซาวด์ (Combine Ultrasound & ES) จำนวน ๙ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณา รายละเอียดข้อเสนอ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ๐๒ ๙๕๐๓ ๐๗๑-๖ ต่อ ๑๐๘

มีจาก ศิริพัชรวิเศษ ประธานกรรมการ กรวิภา อนุพงษ์ กรรมการ [Signature] กรรมการ